

Die **KRINKO-/BfArM-Empfehlung** fordert, dass **jedes wiederaufbereitbare Medizinprodukt** anhand seiner **Grundsätzliche Risikoeinstufung**

Risikoklasse	Kontakt des Medizinprodukts	Anforderungen an die Aufbereitung
Unkritisch	Nur intakte Haut	Reinigung und ggf. Desinfektion
Semikritisch A	Schleimhaut oder krankhaft veränderte Haut; einfache Aufbereitung	Reinigung und Desinfektion
Semikritisch B	Schleimhaut; erhöhte Anforderungen (z. B. Hohlräume, komplexe Bauweise)	Standardisierte, vorzugsweise maschinelle Reinigung und Desinfektion
Kritisch A	Durchdringt Haut/Schleimhaut; einfache Bauweise	Reinigung, Desinfektion, Sterilisation
Kritisch B	Durchdringt Haut/Schleimhaut; erhöhte Anforderungen an die Aufbereitung	Maschinelle Reinigung/Desinfektion und Sterilisation mit validierten Verfahren
Kritisch C	Kritisch B und nicht dampfsterilisierbar bzw. besonders hohe Anforderungen	Aufbereitung nur unter besonderen qualitätsgesicherten Bedingungen

!weckbestimmung einer Risikoklasse zugeordnet wird. Diese Risikoeinstufung ist Bestandteil des Hygiene

aplans und der Dokumentation zur Aufbereitung.